

Certificaat

Instrument : Nikon AE-5C waterpasinstrument
Certificaatnummer : 1916771
Debiteurnummer : 21119
Naam : Landmeetk. Buro Meet
Woonplaats : HETEREN
Instrument : Nikon AE-5C waterpasinstrument
Materieelcode :
Serienummer : 712554
Controledatum : 3-9-2018
Uiterste volgende controledatum : 3-9-2019

Specificaties : In overeenstemming met de technische specificaties zoals vermeld in de gebruikershandleiding/productdocumentatie van het instrument.

Kalibratie : Boels Geo & Safety BV verklaart dat bovengenoemde apparatuur is getest en voldoet aan de door de fabrikant vereiste specificaties. De hiervoor gebruikte testmethodieken en -apparatuur zijn herleidbaar naar de nationale standards, of de eigen werkinstructies van Boels Geo & Safety BV, welke een integraal onderdeel zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem en het ISO 9001 certificaat van Boels Geo & Safety BV



Boels Geo & Safety BV
Geurdeland 1
6673 DR ANDELST
T 0488 - 470 490
www.boels-geosafety.com
info@boels-geosafety.com

Datum: 3-9-2018
IG
Joop van Laar
Coördinator service



Bijlage certificaat

Certificaatnummer : 1916771

Debiteurnr. : 21119
Naam : Landmeetk. Buro Meet
Woonplaats : HETEREN
Instrument : Nikon AE-5C waterpasinstrument
Materieelcode : 0
Serienummer : 712554
Controledatum : 3-9-2018
Vervaldatum : 3-9-2019

Specificaties : Vergroting 30x
Nauwkeurigheid 1,5mm op 1 km dubbele waterpassing

Voorcontrole : **Gemeten waarde bij binnenkomst**
Afwijking kruisdraad op 100 mtr in mm 1,2
Doosnivo binnen cirkel j/n J

Eindcontrole : **Gemeten waarde bij eindcontrole**
Afwijking kruisdraad op 100 mtr in mm 0
Doosnivo binnen cirkel j/n J



Boels Geo & Safety BV
Geurdeland 1
6673 DR ANDELST
T 0488 - 470 490
www.boels-geosafety.com
info@boels-geosafety.com

Datum:

3-9-2018

Joop van Laar
Coördinator service

