

## Certificaat Boels Geo & Safety

Artikelnummer	4064611133	Certificaatnummer	2140002824
Serienummer	0115743	Inspectiedatum	17-01-2020
Omschrijving	Klant machines	Debiteurnummer	445550
Merk			Landmeetkundig en Adviesbureau
Type		Naam	Rob Liefink

### Voorcontrole

Gemeten waarden bij binnenkomst

mm kruisdraad afwijking op 100 meter 1	1,2
doosniveau binnen cirkel 1	7
De gemeten waarden zijn binnen specificatie 1	7

### Eindcontrole

Gemeten waarden bij eindcontrole

mm kruisdraad afwijking op 100 meter 2	0	Goedgekeurd
doosniveau binnen cirkel 2	7	Goedgekeurd

### Specificaties

In overeenstemming met de technische specificaties zoals vermeld in de gebruikershandleiding en/of productdocumentatie van het instrument.

### Certificaat / Kalibratie

Boels Geo & Safety verklaart dat bovengenoemde apparatuur is getest en voldoet aan de door de fabrikant vereiste specificaties. De hiervoor gebruikte testmethodieken en -apparatuur zijn herleidbaar naar de nationale standaards, of de eigen werkinstructies van Boels Geo & Safety, welke een integraal onderdeel zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem en het ISO 9001 certificaat van Boels Geo & Safety.

### Geautoriseerd servicecenter

Boels Geo & Safety is een geautoriseerd servicecenter van Leica Geosystems, Spectra Precision & Trimble en is bevoegd om de kalibraties en reparaties van deze merken uit te voeren.