

## Certificaat Boels Survey & Laser

Artikelnummer	4064611133	Certificaatnummer	2140011421
Serienummer	0115743	Inspectiedatum	30-04-2021
Omschrijving	Klant machines	Debiteurennummer	445550
Merk			Landmeetkundig en Adviesbureau
Type		Naam	Marcel Jansen

### Voorcontrole

Gemeten waarden bij binnenkomst

mm kruisdraad afwijking op 100 meter	4,8
doosniveau binnen cirkel	Ja
De gemeten waarden zijn binnen specificatie	nee

### Eindcontrole

Gemeten waarden bij eindcontrole

mm kruisdraad afwijking op 100 meter	0	Goedgekeurd
doosniveau binnen cirkel	Ja	Goedgekeurd

### Specificaties

In overeenstemming met de technische specificaties zoals vermeld in de gebruikershandleiding en/of productdocumentatie van het instrument.

### Certificaat / Kalibratie

Boels Survey & Laser verklaart dat bovengenoemde apparatuur is getest en voldoet aan de door de fabrikant vereiste specificaties. De hiervoor gebruikte testmethodieken en –apparatuur zijn herleidbaar naar de nationale standaards, of de eigen werkinstructies van Boels Survey & Laser, welke een integraal onderdeel zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem en het ISO 9001 certificaat van Boels Survey & Laser.

### Geautoriseerd servicecenter

Boels Survey & Laser is een geautoriseerd servicecenter van Leica Geosystems, Spectra Precision & Trimble en is bevoegd om de kalibraties en reparaties van deze merken uit te voeren.